

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

Н.И. Ханов

"24" ноября 2014 г.



Извещение

об изменении №1 к документу
МП-242-0909-2009

"Сигнализаторы оксида углерода RGI CO0 L42. Методика поверки"
с 24.11.2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель научно-исследовательского отдела
государственных эталонов
в области физико-химических измерений
ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

Л.А. Конопелько
" " 2014 г.

Инженер
ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

А.Л. Матвеев

Санкт-Петербург
2014 г.

Изменение №1 к документу МП-242-0909-2009 . "Сигнализаторы оксида углерода RGI CO0 L42. Методика поверки"

Заменить таблицу А.1 Приложения А на:

Номинальное значение объемной доли оксида углерода в ГС и пределы допускаемого отклонения				Погрешность аттестации	Источник получения ПГС (ГОСТ, ТУ и др.)
ГС №1	ГС №2	ГС №3	ГС №4		
0,00132 % об.д. ± 10 % отн.	0,0021 % об.д. ± 10 % отн.	0,0067 % об.д. ± 10 % отн.	0,0105 % об.д. ± 10 % отн.	± (-15,15·X+4,01) % отн.	ГСО 10260-2013

Примечания:

- 1) Изготовители и поставщики ГС - предприятия-производители стандартных образцов состава газовых смесей, прослеживаемых к государственному первичному эталону единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах ГЭТ 154-2011;
- 2) "X" в формуле расчета пределов допускаемой основной погрешности – значение объемной доли определяемого компонента, указанное в паспорте ГС.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
РОССТАНДАРТ



Федеральное государственное
унитарное предприятие «Всероссийский
научно-исследовательский институт
метрологии им. Д.И.Менделеева»

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»

190005, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19
Тел.: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14
e-mail: info@vniim.ru, http://www.vniim.ru
ОКПО 02566450, ОГРН 1027810219007
ИНН/КПП 7809022120/783901001

01 ДЕК 2014

№

767 - 11619

на № _____ от _____

Директору ФГУП «ВНИИМС»
Кононову С.А.
119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Генеральному директору
ООО «Компания КИПА»
Бондаренко Д.А.
127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 20
тел/факс: +7 (495) 450-28-37

Об изменении МП-242-0909-2009

Направляем Вам извещение об изменении № 1 к документу МП-242-0909-2009
"Сигнализаторы оксида углерода RGI CO0 L42. Методика поверки".

Причина выпуска извещения - изменением средств поверки сигнализаторов оксида
углерода RGI CO0 L42.

Приложение – извещение об изменении № 1 на 2-х стр. в 1-м экз.

Руководитель научно-исследовательского
отдела государственных эталонов в области
физико-химических измерений
ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

Л.А. Конопелько

Исп. Матвеев А.Л. (812) 323-96-62

00030893